

令和8年6月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、現行試薬の販売中止のため測定試薬の変更を行い、内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。 敬白


***** 記 *****

■内容変更項目

項目コード No.06740 フォン・ウィルブランド因子抗原定量

	新	旧
項目コードNo.	06741	06740
検査方法	ラテックス免疫比濁法	ラテックス凝集反応
基準範囲 (単位)	非O型：66~176 O型：42~141 (%)	50~155 (%)
報告範囲	9未満、9~999、1000以上	5以下、6~99900000

■新旧二法の相関



■変更期日

令和8年7月2日(木) 受付分より

以上